

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
7^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ.Υ ΣΗΤΕΙΑΣ
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΞΕΡΟΚΑΜΑΡΕΣ 72300 ΣΗΤΕΙΑ

Σητεία 6-08-2012
Αναρτητέα στο διαδίκτυο

Πληροφορίες : Χρυσουλάκη Κωνσταντίνα
Κάππας Νικόλαος

☎ Τηλέφωνο: 28433 40360-61

☎ Fax: 28430 25352

✉ E-mail: promithies@ghsitia.gr

ΘΕΜΑ : Έρευνα αγοράς για άμεση προμήθεια καταψύκτη πλάσματος αίματος.

Παρακαλούμε να μας στείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά μέχρι την Παρασκευή 10-08-2012 και ώρα 13.00 π.μ για το παρακάτω είδος.

■ **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ :**
“ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΑΣΚΩΝ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ”

■ Οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να προσφέρουν, από 1 έως τρεις προσφορές, για διαφορετικές χωρητικότητες, ανάλογα με την ανά κατασκευαστή τυποποίηση της Χωρητικότητας του μηχανήματος, με πρώτη προσφορά να αναφέρεται στην χωρητικότητα των 400 λίτρων περίπου και τις δύο επόμενες, να αναφέρονται στις αμέσως μικρότερες χωρητικότητες (σε λίτρα).

-Ο προσφερόμενος καταψύκτης πρέπει να είναι κατασκευασμένος από υλικά υψηλής ποιότητας και αντοχής και να προσφέρεται με ανοξειδωτα ή κατάλληλα πλαστικά συρτάρια για καλύτερη ταξινόμηση και αποθήκευση των ασκών.

-Εσωτερικά και εξωτερικά ο καταψύκτης να είναι κατασκευασμένος από κατάλληλο για την μη οξειδωση μέταλλο. Μεταξύ των μεταλλικών επιφανειών να υπάρχει παχύ κατάλληλο στρώμα μονωτικού υλικού.

-Να είναι οριζόντιος και η πόρτα να είναι στην άνω επιφάνεια .

■ Θερμοκρασία ρυθμιζόμενη, τουλάχιστον μέχρι -35°C .

- Τα διάφορα αποσπώμενα τμήματά του (χωρίσματα κλπ) να είναι κατασκευασμένα από το κατάλληλο υλικό, τόσο για αντοχή, όσο και για ανθεκτικά για συνεχείς καθαρισμούς
- Ο καταψύκτης να κλείνει ερμητικά με πόρτα που αποτελείται από διπλά τοιχώματα με ενδιάμεσο μονωτικό υλικό υψηλής ποιότητας και λάστιχα μεγάλης αντοχής.
- Να λειτουργεί με ασφάλεια και σε υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος.
- Να διαθέτει απόλυτα αθόρυβο σύστημα κυκλοφορίας αέρα και ερμητικό σύστημα ψύξης για μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας.
- Η πόρτα να διαθέτει κλειδαριά.
- Να διαθέτει αυτόματη ηλεκτρονική ρύθμιση θερμοκρασίας καθώς και αυτόματη απόψυξη.
- Να διαθέτει πλήρες ηλεκτρονικό ψηφιακό σύστημα ρύθμισης και παρακολούθησης της θερμοκρασίας.
- Να διαθέτει πλήρες ηλεκτρονικό οπτικο-ακουστικό σύστημα συναγερμού με ενσωματωμένη μπαταρία
- Να διαθέτει καταγραφικό 7ήμερης λειτουργίας σε 24ωρη βάση, το οποίο να λειτουργεί με ρεύμα αλλά και με μπαταρία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.
- -Να είναι (εγγράφως) πιστοποιημένο τόσο για Εργαστηριακή Ιατρική Νοσοκομειακή χρήση, όσο και για λειτουργία στις Ελληνικές κλιματολογικές συνθήκες
 - Να έχει εσωτερική αντιβακτηριδιακή επιφάνεια
 - Να διαθέτει σήμανση CE
 - Να συνοδεύεται με ποσότητα καταγραφικού χαρτιού-εφόσον η καταγραφή γίνεται σε χαρτί- για πλήρη 12μηνιαία λειτουργία
 - Να συνοδεύεται με εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών και εγχειρίδιο χρήσης στα Ελληνικά.

Γραφείο προμηθειών

Γ.Ν-.Κ.Υ. Σητείας